



Scheda tecnica

Valida dal 16/07/2020

SOFFIO 198

Mascherina chirurgica TIPO IIR

	Descrizione
SOFFIO198	Mascherina chirurgica TIPO IIR

Indicazioni	
Produttore	Eurogielle srl – su licenza INDUSTRIE SOFFIO srl
CND	T020601
Repertorio	1976953 - S
Conformità	MASCHERINA CHIRURGICA TIPO II CERTIFICATA UNI EN 14683 TIPO IIR – UNI EN ISO 10993 CERTIFICATA CE

Indicazioni

MASCHERINA DI PROTEZIONE DALLA CONTAMINAZIONE DI EFFLUVI EMESSI TRAMITE LE VIE RESPIRATORIE

Descrizione

La maschera chirurgica SOFFIO198 TIPO IIR CERTIFICATA **CE** è MONOUSO in tessuto non tessuto (TNT) in **3 strati**

Elastici auricolari/nuca in fiocco di cotone. Sul lato superiore si trova una barretta stringinaso metallica

CONFORMITA' TEST REPORT

-CITOTOSSICITA UNI EN ISO 10993-5	< 20
-VALUTAZIONE PULIZIA MICROBICA	
DI MASCHERE AD USO MEDICO UNI EN ISO 11737-1:2018	= 3.2
-VALUTAZIONE PULIZIA MICROBICA biodurden	UFC/gr < 1
-VALUTAZIONE DELLA RESPIRABILITA' PER MASCHERE AD	
USO MEDICALE UNI EN 14683:2019	<60
-VALUTAZIONE DELL'EFFICIENZA DI FILTRAZIONE	
BATTERICA (BFE) PER MASCHERE AD USO MEDICO SECONDO	
LA NORMA UNI EN 14683:2019 (MODIFICATA)	≥ 98%

Controindicazioni e avvertenze

La maschera chirurgica SOFFIO198 è MONOUSO, non sono previste particolari controindicazioni o precauzioni

Conservazione

Il prodotto deve essere conservato a temperatura ambiente compresa tra 15° e 30° C, al riparo da condizioni estreme di umidità, da polvere, agenti inquinanti, ecc..

Il periodo di validità è di 2 anni a decorrere dalla data di produzione, purché il prodotto sia correttamente conservato nella confezione di vendita originaria.

Modalità di smaltimento

Lo smaltimento del prodotto utilizzato deve essere effettuato in accordo alle normative vigenti nel comune di utilizzo.